ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № 06.0001.0028

Программное обеспечение (программный продукт):
Программный продукт (компьютерная программа) «САПР «РАСХОД-РУ», далее именуемый ПП «САПР «РАСХОД-РУ»

наименование ПО (ПП)

принадлежащее (ий) **Закрытое акционерное общество «Институт энергоаудита и учета энергоносителей» (ЗАО «Институт энергоаудита и учета энергоносителей») 79034, Украина, г. Львов, ул. Мишуги, 13**

наименование и адрес юридического лица

1. Документация ПП «САПР «РАСХОД-РУ» удовлетворяет общим требованиям к документации программного обеспечения средств измерений по МИ 2891-2004.

характеристики программного обеспечения

2. Структура ПП «САПР «РАСХОД-РУ» является структурой автономного программного обеспечения и соответствует требованиям МИ 2891-2004. Все метрологически контролируемые функции и параметры ПП охвачены защищенным интерфейсом.

характеристики программного обеспечения

3. Пределы относительной погрешности вычислений ПП «САПР «РАСХОД-РУ» расхода и количества воды, пара, природного газа методом переменного перепада давлений по ГОСТ 8.586.1…5-2005 не превышают ± 0,05 %.

характеристики программного обеспечения

4. Защита модулей ПП «САПР «РАСХОД-РУ» от несанкционированного доступа осуществляется путем авторизации пользователей и аппаратным USB ключом.

характеристики программного обеспечения

Сертификация проведена в соответствии с «Правилами функционирования Системы добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных систем».

Директор ООО «ОМЦ Газметрология» — В.А. Усачев

Начальник испытательной лаборатории СДС ПО СИИИС — С.М. Ермишин

М.П.

Руководитель органа по сертификации — А.В. Шестаков

Главный эксперт — Ю.А. Кудеяров

М.П. « 31 » октября 2007 г.

Сертификат действителен на всей территории Российской Федерации